



OXIPRO SAS

REMISION					
EQUIPO:	CONCENTRADOR PORTATIL	SERIE:	230225873	Batería numero de serie : B1230525018	
MARCA - MODELO:	KONGON- P2-E	FECHA DE INGRESO:	22/12/2023		
VERIFICACION A CARGO DE:	CAMILO ADNRES MARTINEZ				
INGRESO					
FECHA	22/12/2023				
Mal Estado:	Si _No X	Rayones	Si _NoX_	Fisuras o golpes	Si _NoX
REVISIÓN FUNCIONAMIENTO					
Encendido normal:	Si X No_	Alarmas normales	Si X No_		
PRUEBAS					
Saturación %:	96%	Batería buen estado	SiX No _	Compresor funciona	Si XNo_
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz					
ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES					
cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementosen buen estado, originales y nuevos					
DIAGNÓSTICO					
se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.					
PRUEBAS DE VERIFICACION		PASA	OBSERVACIONES		
modo 5		Si XNo	94.8%		
modo 4		Si XNo	95%		
modo 3		Si XNo	95.2%		
modo 2		Si XNo	95.8%		
modo 1		Si XNo	96.5%		
REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>					
REGISTRO FOTOGRAFICO					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div>					
Realizo	CAMILO ANDRES MARTINEZ		Reviso		
Cargo	JEFE INFRA. BIOMEDICA		Cargo		
Fecha	22-12-2023		Fecha		
Firma	<i>Camilo Andres Martinez</i>				