



OXIPRO SAS

REMISION			
EQUIPO:	CONCENTRADOR PORTATIL	SERIE:	230225876 Bateria numero de serie : B1230525025
MARCA - MODELO:	KONGON- P2-E	FECHA DE INGRESO:	22/12/2023
VERIFICACION A CARGO DE:	CAMILO ADNRES MARTINEZ		
INGRESO			
FECHA	22/12/2023		
Mal Estado:	Si _No X	Rayones	Si _NoX_
			Fisuras o golpes
			Si _NoX
REVISION FUNCIONAMIENTO			
Encendido normal:	Si X No_	Alarmas normales	Si X No_
PRUEBAS			
Saturación %:	96%	Bateria buen estado	SiX No _
			Compresor funciona
			Si XNo_
* Saturacion por debajo de 90% a 3LPM deberá necesitar recarga tamiz			
ACCESORIOS Y ESTADO FISICO DEL SUS PARTES			
cargador corriente, cargador automóvil, maletín canguro, correa canguro y bacteria, todos los elementosen buen estado, originales y nuevos			
DIAGNOSTICO			
se realiza verificación de equipo proveniente de shalom como nuevo.			
PRUEBAS DE VERIFICACION		PASA	OBSERVACIONES
modo 5		Si XNo	95%
modo 4		Si XNo	96%
modo 3		Si XNo	96.2%
modo 2		Si XNo	96.4%
modo 1		Si XNo	96.5%
REGISTRO FOTOGRAFICO			
REGISTRO FOTOGRAFICO			
Realizo	CAMILO ANDRES MARTINEZ	Reviso	
Cargo	JEFE INFRA. BIOMEDICA	Cargo	
Fecha	22-12-2023	Fecha	
Firma	<i>Camilo Andres Martinez</i>		