

Fecha Ramón: 27-12-23 Revisión # Auxiliar Mantenimiento: JONICA ARUJO No. Orden

Código Equipo: NN-36180 Fecha Inicio Hora Inicio Labor Fecha Fin

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALCA					
2 filtros por desgaste					

INDICACIONES Y ADICIONALES PARA REPORTAR FACTORES

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					DESCONEXIÓN			"FLUJO a 0"			ALARMAS	FILTROS	BASE			BARRA	MANGA	BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
7961	6.8	95.4	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma			No		SI				Cual?				
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		No	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	Mala			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																		
										7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con Sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o tenue	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del elemento identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Filtro interno	1			
	Mano por válvula ciclos	1			
	Kit conope de O2	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Fugitivo)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	SI
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo) y (LI-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Detonancia línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de cierre	Cierre manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	DEBIDO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES			
					DESCONEXIÓN			"FLUJO a 0"			ALARMAS	FILTROS	BASE			BARRA	MANGA	BARRA
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)								
7962	6.5	95.4	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FORMA MANTENIMIENTO			