

Fecha Remisión: **12-26-23** Revisión # **1** Acabar Mantenimiento: **JONICA AJUDELO** No. Orden: **17134**

Código Equipo: **NN-361613** Fecha Inicio: **12/26/23** Hora Inicio Labor: **10:00** Fecha Fin: **12/26/23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
TALLA	CONDICIÓN	CLASIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	REPORTE
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA												CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)			Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REGULAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MAX (SI-NO)	MIN (SI-NO)	MIN (SI-NO)	MAX (SI-NO)			
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
	17131	66	956	5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

1. CICLADO	Tiempo de la prueba	Operar Alarma	No	SI	Cuel?			
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno	Con Sobrecalentamiento			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SI
1	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	<b>CAJAS DE PODER</b>	<b>1</b>		<b>FILTRO INTEND DE AIRE</b>	<b>1</b>
	<b>Kit Tanques</b>	<b>1</b>			
	<b>Kit Tanque oxígeno</b>	<b>1</b>			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 2 (Carga Regulada)	Se verifica activación de alarmas (SI - LO - ES)	SI
1	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (SI-LO-ES)	SI
1	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
2	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire al compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMETRO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA												CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (SI-NO)			Pila (SI-NO)	"Flujo a 0" (SI-NO)	REGULAS (SI-NO)	FILTROS (SI-NO)	BASE (SI-NO)	MAX (SI-NO)	MIN (SI-NO)	MIN (SI-NO)	MAX (SI-NO)			
					SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
	17134	65	952		SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

17134

FIRMA MANTENIMIENTO