



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GASAM-PR-028
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/02/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 27-12-23 Revisión # [] Auxiliar Mantenimiento: JONICA ADURIO No. Orden []

Código Equipo: NN-3045B Fecha Inicio [] Hora Inicio Labor [] Fecha Fin []

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA. Table with columns: FLAGA, SI, NO, FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for tracking contamination status.

En Mantenimiento: Table with columns: HIDROMETRO, PRESION, DIBUJOS, FLOWMETHO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Flujo a F), BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data for various tests.

Table with 3 columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests such as 'Estado Pila S.S.V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', and 'Prueba de alarma' with handwritten results.

Descripción del diagnóstico identificado: FUGA EN MANGERA ATUBO REFRIGERACION

Table with 5 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Lists parts like 'JUNTA AMERICA ANILLOS' with quantity 2.

Table with 3 columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists simulation tests like 'Flujo a 0 (Cámara supuesta)', 'Flujo Manual', 'Desconexión eléctrica', etc.

En Mantenimiento: Table with columns: HIDROMETRO, PRESION, DIBUJOS, FLOWMETHO, PRUEBAS DE ALARMA, BUELLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and a signature line.