



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-AM-PM-009  
Version: 2  
Fecha Actualizacion: 11/10/2018  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 28-12-23 Remisión # [ ] Auxiliar Mantenimiento: JONIER AÑUBIO No. Orden: [ ]

Código Equipo: NN-3987B Fecha Inicio: [ ] Hora Inicio Labor: [ ] Fecha Fin: [ ]

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Flujo a 0"	SEÑALES	FILTRO				BASE
					SI-NO	PIA	PIA							
2006566	937	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		

1. CICLADO													
2. RUIDO EXTRAÑO													
3. DAÑOS IDENTIFICADOS													
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES													
5. ESTADO DE MANGUERAS													
6. SISTEMA DE REFRIGERACION													
7. CONTROL DE TEMPERATURA													

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	KIT JAN-2ES	1		REGULADOR DE PRECION	1
	KIT TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cama tapada)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - E3)	SI
2	Fuga Maniobra	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-E3)	SI
3	Desconexión eléctrica	Aislación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de aire	Cerrar manguera de salida de aire en compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXYGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (SI-NO)			"Flujo a 0"	SEÑALES	FILTRO				BASE
					SI-NO	PIA	PIA							
2006592A	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			

FIRMA MANTENIMIENTO