



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAI-FR-009
 Versión 3
 Fecha Actualización: 17/03/2018
 Página 1 de 2

Fecha Remitido: **17-12-23** Remisor: _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ADUJICIO** N. Orden: _____
 Código Equipo: **NW-1513** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-01)			Fuga (E-02)	Falso a E* (E-03)	REJILLAS (E-04)	FILTROS (E-05)	BASE (E-06)	CÓDIGO DE BARRAS					RUEDAS (E-08)
					SI	NO	SI						NO	SI				
17098	94.9	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Generó Alarma		No	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	Mala						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Mala											
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		FUGA EN VALVULAS DE SICLOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA					Buena	8. CON SOBRECARGAMIENTOS										

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	51
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	51
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	51
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	51
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	51
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	JUNTA Hermética Anillos 2				

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Pila + 5 (Cama Subratón)	Se verifica activación de alarma S.L - L0 - E01	51
2	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo y LED amarillo y S.L-L0-E01)	51
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	51
4	Desconexión física de Fuga	Desconecta línea eléctrica	51
5	Activación de vehículo de aviso	Operar mangera de salida de aire de compresor	51
6	Otro:		
7	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (E-01)			Fuga (E-02)	Falso a E* (E-03)	REJILLAS (E-04)	FILTROS (E-05)	BASE (E-06)	CÓDIGO DE BARRAS					RUEDAS (E-08)
					SI	NO	SI						NO	SI				
17079	95.0	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51	FIN DE MANTENIMIENTO