



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAG-MAN-FR-008
Versión 2 Fecha Actualización: 11/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: **29-12-23** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **JONIER ARJUELO** No. Orden: _____

Código Equipo: **NN-16243** Fecha Inicio: _____ Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

PALCA	DESCRIPCIÓN	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	OBSERVACIONES	
				SI	NO
	FILTRO LATERAL FALTAUTE			SI	NO
	FILTRO CENTRAL DESASTE			SI	NO
	FILTRO LATERAL DESASTE			SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO
				SI	NO

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	
					SI	NO	NO				SI	NO	SI		
	791665	9502	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		SI	NO	SI	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	Mala	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	Malo			
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES							7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	Con sobrecalentamiento					

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verificar voltaje de la pila	SI
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agitado o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado: _____

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO JEAIRE	1		KIT TANQUE OXIGENO	1
	KIT MANGUERAS DE SIGLOS	1			
	KIT TAPAJES	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
Prueba # 0 (Carga Sujinaba)			
Se verifica activación de alarmas (LI, L2, ES)			
1	Fuga Manera	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (S.L.O-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de fuga	Documenta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de paso	Observar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESIÓN	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										OBSERVACIONES
					DESCONEXIÓN			REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUIDOS	
					SI	NO	NO				SI	NO	SI		
	791965	9401	SI		SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

FIRMA MANTENIMIENTO