

OXPro		ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES				FORMATO	
Fecha Emisión: 20-02-23		Revisión: 179956		Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno		Código: GAD-AMA-FRM-03	
Código Equip: NV-335SB		Fecha Inicio: 20-02-23		Fecha Fin: 21-02-23		Versión: 1	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI		NO		Fecha Actualización: 15/03/2018	
FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		No Orden		Página: 1 de 2	
IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO							
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA							
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE							
AGENDA DE MANTENIMIENTO							
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REGLAS		CÓDIGO DE BARRAS	
HORIZONTALIDAD		PRESIÓN		FILTROS		RUEDAS	
ORIGEN		FLUJOMETRO		BASE		OBSERVACIONES	
Desconexión (SI/NO)		Flujo (SI/NO)		"Flujo a 2"		MTO	
SI		SI		SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Carrete Alarma		Buena	
2. RUIDO EXTRAÑO		SI		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	
3. DARGO IDENTIFICADOR				4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN		Buena	
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	
No.		Prueba		Descripción		Resultado	
1		Estado Pila S.S. y		Verifica estado de la pila		SV	
2		Prueba de Fugas		Se verifica conexión neumática del equipo		OK	
3		Conexión eléctrica		Se verifican las conexiones eléctricas del equipo		OK	
4		Conexión electrónica		Se verifican las conexiones electrónicas del equipo		OK	
5		Prueba de alarma		Se verifica sonido si es agudo o fuerte		OK	
6		Otro:					
7		Otro:					
Descripción del diagnóstico identificado							
CÓDIGO		DESCRIPCIÓN		CANT.		CANT.	
1		Cambio de Filtro Filtro lateral Pila		1		1	
2		Acople Plástico		1		1	
No.		Prueba / Simulación		Descripción		Resultado	
1		Flujo + P (Carre Subterreno)		Se verifica conexión de alarmas (L1-L2-ES)			
2		Flujo Alarma		Se verifica emisión de alarma visual y sonora (LED Rojo + LED amarillo y (S1-S2-ES)			
3		Desconexión eléctrica		Acción alarma sonora			
4		Desconexión sensor de flujo		Desconexión línea electrónica			
5		Activación de alarma de agua		Después manguera de salida de aire de compresor			
6		Otro:					
7		Otro:					
8		Otro:					
En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REGLAS		CÓDIGO DE BARRAS	
HORIZONTALIDAD		PRESIÓN		FILTROS		RUEDAS	
ORIGEN		FLUJOMETRO		BASE		OBSERVACIONES	
Desconexión (SI/NO)		Flujo (SI/NO)		"Flujo a 2"		Aprobado	
SI		SI		SI		Evaluado	
1396163931		SI		SI		FIRMA MANTENIMIENTO	