ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código:	GASAMA-FR-009
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2019
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/12/23 | Remisión #: 179839 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: C194248 | Fecha Inicio: 24/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 24/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

HISTORIAL DE OPERACIÓN DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLAVE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DATOS POR PACIENTE

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (<0.6l)	BISELLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
4890	64	92	5i		5i	5i			5i		Ni	Ni	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	Ni		Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS											
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES				7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena			Con Sobrecalentamiento			

DETALLE PRUEBAS

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		
	Descripcion del diagnostico identificado		

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

DETALLE PRUEBAS

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - El)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-El))	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0-1 PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-6m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (<0.6l)	BISELLAS (5l-6m)	FILTROS (5l-6m)	BASE (5l-6m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 6m)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (5l - 6m)	RUEDAS (5l-6m)	OBSERVACIONES
4893	62	93	25i		5i	5i			5i		Ni	Ni	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago