ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAO-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 24/2/23 | Remisión #: 179e39 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: 01225E1 | Fecha Inicio: 24/2/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 24/2/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO	X	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DAÑOS POR PACIENTE

DATOS MANTENIMIENTO

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A 7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5" Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LCD)	REJILLAS (En Hg)	FILTROS (En Hg)	BASE (En Hg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (En - MG)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (En - MG)	RUEDAS (En Hg)	OBSERVACIONES
1973567	924		Si		Si	Si			Si		No	No	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS									
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Bueno			Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion de diagnostico identificado:

REPUESTOS UTILIZADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

CALIBRACION EQUIPO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo + 0 (Cierre fujometro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SX)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-EX)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

DATOS MANTENIMIENTO

Fin Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (A 7 PSI)	OXIGENO (94% - 96%)	FLUJOMETRO (5 lts)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5" Hg)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 Vcc)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LCD)	REJILLAS (En Hg)	FILTROS (En Hg)	BASE (En Hg)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (En - MG)	CÓDIGO DE BARRAS: MANGA (En - MG)	RUEDAS (En Hg)	OBSERVACIONES
1973849	938		Si		Si	Si			Si		No	No	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago