



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 10
Código: SAC-MAN-PR-028
Versión: 2
Fecha Actualización: 27/10/2018
Página: 1 de 2

Fecha Servicio: 25/12/23
Número: 17931
Auxiliar Mantenimiento: Santiago Herrera
No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Código Equipo: 0128981
Fecha Inicio: 25/12/23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 25/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA
SI: NO: X
FECHA INICIO AISLAMIENTO:
FECHA FIN AISLAMIENTO:

FALLA	SABER	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	NO. REPORTES	REPUESTO USADO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR FACILITADO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONDENSADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión (20-40)	Fuga (20-40)	"Fuga a P" (20-40)	SECCION (20-40)	FILTROS (20-40)	BASE (20-40)				BASE (20-40)	BASE (20-40)
	4314	6.6	81.5	5'										MTO	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas		Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno		Mal	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS		81.5 Después de dejarlo durante 3 horas concentración sub a 94.5%													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena		Con Subenfriamiento									

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Examen Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		
Descripción del diagnóstico identificado:			

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cama Sujavero)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E2)	
2	Fuga Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y L1-L2-E2)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión sonora de Fuga	Desconexión alarma electrónica	
5	Activación de válvula de aire	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	CONDENSADO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión (20-40)	Fuga (20-40)	"Fuga a P" (20-40)	SECCION (20-40)	FILTROS (20-40)	BASE (20-40)				BASE (20-40)
	4318	6.3	94.5	5'										Aprubado SUN