ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: GAD-MAN-PR-009
Versión: 3 Fecha Actualización: 17/11/2016
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 25/12/23 | Remisión #: 17931 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moran | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: 011245 6 | Fecha Inicio: 25/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 25/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SECCIÓN RESERVADO (PERSONAL DE SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

PARAMETROS DE PRUEBA

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	RUEDILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 042)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	23218	6.1	93.6	51					SI	SI	NO	NO		MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No		SI		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas		Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno		Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS													
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena			Con Sobrecalentamiento					

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6,5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

REPUESTOS CAMBIADOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre fujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - SS)	
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Roja o LED amarillo y (LL-LO-SS)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 96%)	FLUJOMETRO (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (30 lpm)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-SS)	RUEDILLAS (30 lpm)	FILTROS (30 lpm)	BASE (30 lpm)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (30 - 40)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (30 - 042)	RUEDAS (30 lpm)	OBSERVACIONES
	22231	5.7	93.6	51	52				SI	SI	NO	NO	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago