



INVERSIONES GRUPO SHALOM		VI-012021	
NIT: 900659139-9		INFORME SERVICIO TECNICO REPARACION EQUIPOS	
CORRECTIVO		CLIENTE: OXIPRO	
MANTENIMIENTO APLICADO		FECHA: 14-02 -2023	
PREVENTIVO		CORRECTIVO	X
VERIFICACION		REPOTENCIACION	
14 de febrero de 2023			
INFORMACION DEL EQUIPO			
DESCRIPCION	CAMBIO DE TARJETA, MANTENIMIENTO COMPRESOR ,RECARGA DE TAMIZ,MANTENIMIENTO GENERAL .		HORAS #
MARCA	AIRSEP	MODELO	SETTING 3
		SETTING 3	SERIE
			CBB0217350253
DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO:			
SISTEMAS CONCENTRADOR OXIGENO	SERIAL	OBSERVACIONES	
REVISION TARJETA	SMT91780111	CAMBIO DE TARJETA	
REVISION ENCENDIDO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA DE ELECTROVALVULAS		BUEN ESTADO	
REVISION COMPRESOR	FCSD081313009	MANTENIMIENTO	
REVISION SATURACION DE OXIGENO		SE ENTREGA SATURANDO 95 %	
REVISION SISTEMA ELECTRICO		BUEN ESTADO	
REVISION SISTEMA ELECTRONICO		BUEN ESTADO	
REVISION LECHOS DE ZEOLITA		RECARGO TAMIZ	
REVISION SISTEMA FILTROS		BUEN ESTADO	
REVISION DE ALARMAS		BUEN ESTADO	
REVISION ESPUMAS, SOPORTES Y MANGUERAS		BUEN ESTADO Y SIN FUGAS	
LABORES ADICIONALES Y FECHA DE PROXIMO MANTENIMIENTO			
SE REALIZO RECARGA DE TAMIZ ,CAMBIO DE TARJETA, MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR ,MANTENIMIENTO GENERAL . POSTERIOR A SU MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE ENTREGA CON UNA CONCENTRACION DE OXIGENO DE 95%			
ESTADO INTERNO			
ESTADO EXTERNO Y SATURACIÓN			
RECIBIDO A SATISFACCIÓN			
DANIEL SUAREZ		FECHA	
		14	2
			2023
SOPORTE TECNICO	CLIENTE		