



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SAG-1449-FR-000  
Fecha Actualización: 17/12/2014  
Página 1 de 2

Fecha Remolado: 27/02/23, Revision: 80024, Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno

Código Equipo: NN-7518, Fecha Inicio: 27/2/23, Hora Inicio Labor: , Fecha Fin: 27/02/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO  FECHA INICIO AISLAMIENTO: FECHA FIN AISLAMIENTO:

Table with columns: FALLA, GARG, CLASE GARG, DESCRIPCION, CARTERAS, IL. REPORTE, REPARADO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

Form section for 'PRUEBAS DE ALARMA' with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten notes like 'BUENAS' and 'S;'. Observations: 'MTO'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for voltage, leaks, electrical connections, and alarm tests. Results include 'SV', 'OK', 'OK', 'OK', 'Agudo'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Contains handwritten entry: 'Acción Purgado Filtro Interna' with quantity '1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains test results for alarm activation, pressure, and electrical disconnection. Results include 'OK', 'OK', 'OK', 'OK'.

Form section for 'PRUEBAS DE ALARMA' with sub-sections: 1. CICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. DAÑOS IDENTIFICADOS, 4. ESTADO DE LAS CONEXIONES. Includes handwritten notes like 'BUENAS' and 'S;'. Observations: 'Aprobado' and signature 'S. S. S.'.