ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
	Página 1 de 3

Fecha Remisión: 28/12/23 | Remisión #: 180130 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Código Equipo: SN0146380 | Fecha Inicio: 28/12/23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 28/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI [ ] NO [X] | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

SINTOMA REPORTADO OPERACION DE EQUIPO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO
						SI / NO

DETALLE DE ANOMALIAS DAÑOS POR FABRICANTE

FICHA DE MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	CICLADO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (8 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (8 Hrs)	Pila (8 Hrs)	"Flujo x 0" (LS-ES)	REJILLAS (5 Hrs)	FILTROS (8 Hrs)	BASE (8 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (8 - 9/5)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (8 - 9/5)	RUEDAS (8 Hrs)	OBSERVACIONES
177196.89145					X	X			Si		Si	Si	Si	MTO

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma	No [X]	SI [ ]	Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI [ ]	No [X]	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas [X]	Malas [ ]	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno [Si] Malo [ ]
5. DAÑOS IDENTIFICADOS							
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno [ ]		Con Sobrecalentamiento [ ]	

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Agudo
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado:

REPUESTOS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

PRUEBAS DE SIMULACIÓN

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y LL-LS-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tubería de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (8 - 7 PSI)	CICLADO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (8 Hrs)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (8 Hrs)	Pila (8 Hrs)	"Flujo x 0" (LS-ES)	REJILLAS (5 Hrs)	FILTROS (8 Hrs)	BASE (8 Hrs)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (8 - 9/5)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (8 - 9/5)	RUEDAS (8 Hrs)	OBSERVACIONES
177216.593					Si	Si			Si		Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: Santiago