OXPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAO-MAN-FR-000
Versión 2	Fecha actualización: 17/10/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 28/12/23 | Remisión #: 180130 | Auxiliar Mantenimiento: Santiago Moreno | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN-4057B | Fecha inicio: 28/12/23 | Hora inicio Labor: | Fecha Fin: 28/12/23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI | NO X | FECHA INICIO AISLAMIENTO: | FECHA FIN AISLAMIENTO:

CONTIENE REPORTADO OPERADOR EN SERVICIO

FALLA	BARO	CLASE BARO	DESCRIPCION	CANTIDAD	Cl. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

APROBACIÓN DEL MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K-T PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LD-ED)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
12	117	6.3	94.7	Si	Si	Si	SS	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO: Tiempo de la prueba: | Generó Alarma: No X | Si | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si | No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas X | Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: 89% Mantenimiento compresor cambio anillos

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Buenas | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena | Con Sobrecalentamiento

PRUEBAS

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	SV
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	OK
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	OK
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	OK
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es aguda o fuerte	agudo
6	Otros		
7	Otros		

Descripcion del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Acople plastico	1			
	Filtro interno	1			
	Anillos	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Carne fluidoxido)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ED)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LD-ED)	OK
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	OK
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	OK
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	OK
6	Otros		
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (K-T PSI)	OXÍGENO (90% - 95%)	FLUJÓMETRO (Ml/min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (Si/No)	Pila (Si/No)	"Flujo a 0" (LD-ED)	REJILLAS (Si/No)	FILTROS (Si/No)	BASE (Si/No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (Si/No)	MANIJA (Si/No)	RUEDAS (Si/No)	OBSERVACIONES
12	120	6.2	93.7	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]