OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	1.07 223	Remisión #	189723	Auditor Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Codigo Equipo	NN-3852B	Fecha Inicio	04-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	04-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

					Si		No
		Switch encendido	1		Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No
					Si		No

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"				CODIGO DE BARRAS			OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)								
	28551	6-6	94-6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba				X		
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X

Malas | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | Bueno | X | Malo

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA		Si		no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V		oK
2	Prueba de Fugas		Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica		Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser oprimido fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	ALETA A TAPA ACOMPRESOR	2		SUICH DE ENSENDIDO	1
	AnillOS	2		REJILLA ~~[illegible]~~LATERAL	1
	FILTRO de AIRE INTERNO	1		Tarjeta de flujo	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)		ES
2	Flujo Maximo		Si
3	Desconexión eléctrica		Si
4	Desconexión tarjeta de flujo		Si
5	Activación de válvula de alivio		Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	Pila	"Flujo = 0"							OBSERVACIONES
	(Hrs)	(4-7 PSI)	(88% - 96%)	(SI-No)	(SI-No)	(SI-No)								Aprobado
	28559	6,6	93,7	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	[signature]