

Fecha Revisión	04-07-23	Remitido a	189790	Asesor Mantenimiento	Juan Diego Benavente	No. Orden	
----------------	----------	------------	--------	----------------------	----------------------	-----------	--

Codigo Equipo	NN-290B	Fecha Inicio	04-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	04-07-23
---------------	---------	--------------	----------	-------------------	--	-----------	----------

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BAÑE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a B"									
					(B-A)	(B-B)	(B-C)	(B-D)	(B-E)	(B-F)	(B-G)	(B-H)	(B-I)	(B-J)		
	15436	6.3	96.8	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si		mto
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma			No	X	si	Cual?					
2. RUIDO EXTRAÑO		si	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS			Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA			Buena	si	Con Sobrecalentamiento			no			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	ok
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	si
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujo/metro)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ER)	Es
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1-L3-ER)	si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	si
5	Activación de válvula de alivio	Obtener manguera de salida de aire de compresor	si
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CARGANDO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			BUJÍAS	FILTROS	BAÑE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a B"									
					(B-A)	(B-B)	(B-C)	(B-D)	(B-E)	(B-F)	(B-G)	(B-H)	(B-I)	(B-J)		
	15941	6.2	96.5	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	si		Aprobado
FIRMA MANTENIMIENTO																