OXIPRO	ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES	FORMATO Código: GAD-MAN-FR-002 Versión: 3 — Fecha Actualización: 17/10/2016 Página 1 de 2

Fecha Revisión	4-07-223	Remisión #	189790	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	
Código Equipo	NV-3990 B	Fecha Inicio	4-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	04-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

		Acople rosca a tubo humidificador 1		Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No
				Si		No

Hr. Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
25116	6.7	95.6	si	si	si	ES	si	si	si	si	si	si	si	mto

1. AISLADO — X

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	X	Malas		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS: Mangueras en buen estado pero viejas, se cambian mangueras

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		si		no

No.	Prueba	Descripción	Resultado
			ok
	Prueba de fugas	Se verifica ...	si
	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	si
			si
	Prueba de alarma	Se verifica ...	si
	Otros:		
	Otros:		

Descripción del repuesto/ Identificación:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	FILTRO INTERNO	1			
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TRUTVE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Verificación	Descripción	Resultado
	Flujo 4.0 (Cierre hidráulico)		Es
			si
			si
			si
			si
	Activación de señales de alarma		
	Otros		
	Otros		

	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN	OXÍGENO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA									OBSERVACIONES
	25119	6,6	96,4	si	si	si	Es	si	si	si	si	si	si	Aprobado

FIRMA AUTORIZADO: [firma]