



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha: 04-07-23
Código: 189790
Módulo: 04-07-23

Fecha: 4-07-23, Número: 189790, Usuario: Jan Diego Benjumea

Código: MW 26 45 B, Fecha: 04-07-23, Fecha Fin: 04-07-23

Equipo Contaminado por posible	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FIN
Filtro externo lateral				2
Acople rosca a tubo humidificadores				1

PRUEBAS DE ALARMA	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FIN
313376.7	SI	SI	ES	SI SI SI SI SI SI

3. FUERO EXTERNO: SI, NO. 3. ESTADO DE MANGUERAS: BUENAS, MALAS. 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: SI, NO.

Mangueras buenas pero viejas, se cambian mangueras

4. ESTADO DE LAS DE REGIONES: BUENAS, SI, NO

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de agua	OK
2	Prueba de oxígeno	SI
3	Prueba de flujo	SI
4	Prueba de presión	SI

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CAUSA
	FILTRO INTERNO	1	
	MANGUERAS TAMICES	2	
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1	

No.	Prueba	Resultado
1	Prueba de agua	ES
2	Prueba de oxígeno	SI
3	Prueba de flujo	SI
4	Prueba de presión	SI

PRUEBAS DE ALARMA	SI	NO	FECHA INICIO	FECHA FIN
313426.495.3	SI	SI	ES	SI SI SI SI SI SI

Aprobado
[Signature]