



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: OAD-MAH-FM-009  
Version: 2  
Fecha Actualizacion: 11/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: **MA217 B** Revisión #: **189978** Auxiliar Mantenimiento: **Jan Diego Benjumea** No. Orden: **06-07-23**

Codigo Equipo: **06-07 223** Fecha Inico: Fecha Inico Labor: Fecha Fin: **06-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	EL REPORTE	REPLUESTO CAMBIADO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
					SI	NO
DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE						

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN			PILA	"Flujo a 0"	REGULAR	FILTRO				MARE
					(P-1)	(P-2)	(P-3)								
	18183	6.5	95.3	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mfo	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		No	X	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Bueno	X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES															
Buena					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO				

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.-V	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TOMIZES	2			
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			
	MANGERA BAMBUSA DESICOS	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (LL - LD - ES)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica extinción de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo (LL-LO-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión rápida de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de arranque	Obtención mensaje de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA							CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					DESCONEXIÓN			PILA	"Flujo a 0"	REGULAR	FILTRO				MARE
					(P-1)	(P-2)	(P-3)								
	18187	6.3	95.6	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO	
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Signature]</i>	