ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-009
Version: 2	Fecha Actualizacion: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión: 06-07-23 | Remisión #: 189978 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN 4393 B | Fecha Inicio: 06-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 06-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

SISTEMA REPORTADO OPERACION DE SERVICIO

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No
						Si / No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

EJECUCION MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - MO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	05196.6	94.3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | General Alarma | No: X | Si: | Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO | Si: | No: X | 3. ESTADO DE MANGUERAS | Buenos: X | Malos: | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION | Bueno: X | Malo:

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA | Buena: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire no comprimido	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

SALIDA MANTENIMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (5- 7 PSI)	OXIGENO (94% - 98%)	FLUJOMETRO (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5 l/m)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (SI / No)	FILTROS (SI / No)	BASE (SI / No)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (SI - MO)	CÓDIGO DE BARRAS: MANIJA (SI - MO)	RUEDAS (SI / No)	OBSERVACIONES
	52163.5	95	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: X