



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAL-FR-001  
Version: 1  
Fecha Actualización: 11/03/2016  
Página: 1 de 1

Fecha Remisión: 07-07-23 Remisión #: 190066 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Berjomea No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: MN 14603 Fecha Inicio: 07-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 07-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, N. REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Handwritten entry: Acepte rosca a tubo humidific 1

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: En Mantenimiento (SI/NO), PRUEBAS DE ALARMA (DESCRIPCIÓN, PÍEA, FLUJO A F, REJILLAS, FILTROS, BARRAS), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: mto.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Handwritten entries: MANGERA TANQUE OXIGENO 2, MANGERA TANQUE OXIGENO 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Fuga + 0 (Cierre Aperturas), Fuga Máxima, Descarga eléctrica, Descarga eléctrica, Activación de válvula de aire.

En Mantenimiento: En Mantenimiento (SI/NO), PRUEBAS DE ALARMA (DESCRIPCIÓN, PÍEA, FLUJO A F, REJILLAS, FILTROS, BARRAS), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS. Observaciones: Aprobado. Firma: Xunta