



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OAD-MAN-FR-003
Versión 3 Fecha Actualización: 11/13/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 07-07-23 Retención #: 190066 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN-4261 Fecha Inicio: 07-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 07-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCIÓN	CURTIEDAD	SI REPARA	REPARO CAMBIADO
			Acopte rosca a tubo humidificador 1		SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
					SI	No
DETALLE ADICIONALES DATOS POR PACIENTE						

Min. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE					RUEDAS
					(1-2)	(3-4)	(5-6)						(1-2)	(3-4)				
	17089	7.1	94.5	31	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	into	
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma		SI	NO	X	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	Malo	X	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo	X	Malo						
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																		
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.
	anillos	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Cierre Submetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LS - ES)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Fuga o LED amarillo y (LL-LS-ES))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de vehículo de almacenamiento	Obtención manguea de salida de aire de consumo	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

Min. Mantenimiento	HIDRÓMETRO	PRESIÓN	OSÍMERO	FLUJÓMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión			Fuga	"Fuga a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	BASE					RUEDAS
					(1-2)	(3-4)	(5-6)						(1-2)	(3-4)				
	17092	66	94.4	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	FIN DE MANTENIMIENTO	

Aprobado
[Signature]