



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
GAD-MAN-FR-025
Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 12-07-23 Remisión #: 190468 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Codigo Equip: NN-4895B Fecha Inico: 12-07-23 Hora Inico Labor: Fecha Fin: 12-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BANDA, CLASE BANDA, DESCRIPCION, CANTIDAD, CI. REPORTE, REPUERTO/CAMBIO. Includes handwritten entry: 'Acepte rasca a tubo humidificador 1'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DIBUJOS, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, Fuga a P), RUEDAS, CODIGO DE BARRAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: '327', '6.4', '95.8', 'Si', 'Si', 'Si', 'Es', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Bueno', 'X', 'Malo', 'Buena', 'Si', 'No'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests for battery voltage, air connection, electrical connection, and alarm test.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entry: 'Kit mangueras a tubo humid 1'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests for alarm activation, visual alarm, and air filter.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, DIBUJOS, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, RUEDAS, CODIGO DE BARRAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: '334', '6.5', '95.6', 'Si', 'Si', 'Si', 'Es', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Si', 'Aprobado'.

Handwritten signature