



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
SAD-AMM-FR-00
Versión 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Remisión: 15-07-23 Remisión #: 190628 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-2483 Fecha Inicio: 14-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 15-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, EL REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes rows for various components like filters and sensors.

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

Main diagnostic form with sections: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de alarma (Desconexión, Pila, Flujo a E), Rejillas, Filtros, Base, Código de barras, Ruedas. Includes checkboxes for 'Ciclado', 'Ruido extraño', 'Estado de mangueras', 'Control de temperatura'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'OK', 'SI', 'SI'.

Descripción del diagnóstico Identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists 'MANGERA TAPICES' (2), 'MANGERA TANQUE OXIGENO' (1), 'REJILLA LATERAL' (7).

Additional diagnostic form with sections: Prueba / Simulación (Flujo = 0, Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Desconexión tarjeta de flujo, Activación de válvula de alivio) and Observaciones.

Final summary form with columns: En Mantenimiento (Horómetro, Presión, Oxígeno, Flujo), Pruebas de alarma, Rejillas, Filtros, Base, Código de barras, Ruedas. Includes 'FIRMA MANTENIMIENTO' and 'Aprobado' signature.