

Fecha Remisión: **07-07-23** | Revisión #: **190066** | Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-878B** | Fecha Inicio: **07-07-23** | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: **13-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | NO | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

FALLA	CANTIDAD	SI REPORTE	REPUERTO SANEADO
Acople a rosca tubo humid	1	SI	No
Filtro externo lateral	2	SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento
 HORÓMETRO: **1194563** | PRESIÓN: **938** | OMBIENO: **SI** | FULCROMETRO: **SI**

PRUEBAS DE ALARMA
 Desconexión (SI/NO): **SI** | Pila (SI/NO): **SI** | "Flujo a 0" (SI/NO): **ES**

REJILLAS: **SI** | FILTROS: **SI** | BASE: **SI** | CÓDIGO DE BARRAS: **SI** | RUEDAS: **SI**

1. CICLADO | Tiempo de la prueba: | Generador Alarma: No | **X** | Males: | **4. SISTEMA DE REFRIGERACION** | Buena: **X** | Males:

2. RUJADO EXTRAÑO | Si: | No: **X** | **3. ESTADO DE MANGUERAS** | Buena: **X** | Males:

4. DAÑOS IDENTIFICADOS | **Baja pureza a 88%**

5. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Buena: **Buena** | **7. CONTROL DE TEMPERATURA** | Buena: **SI** | Con Subrescalentamiento: **NO**

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT
	Manguera a refrigeración	1		Tamices	2
	Kit manguera a tanque oxígeno	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarma (L1 - L2 - E1)	ES
2	Flujo Normal	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L2-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de cierre	Operar manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento
 HORÓMETRO: **1195063** | PRESIÓN: **95.2** | OMBIENO: **SI** | FULCROMETRO: **SI**

PRUEBAS DE ALARMA
 Desconexión (SI/NO): **SI** | Pila (SI/NO): **SI** | "Flujo a 0" (SI/NO): **ES**

REJILLAS: **SI** | FILTROS: **SI** | BASE: **SI** | CÓDIGO DE BARRAS: **SI** | RUEDAS: **SI**

FECHA MANTENIMIENTO | **Aprobado**