ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Codigo	GAD-MAN-FR-008
Version: 2	Fecha Actualización: 17/10/2018
	Página 1 de 2

Fecha Remisión	1407223	Remisión #	190678	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea	No. Orden	

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo	NN 3350 B	Fecha Inicio	14-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	14-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	

SISTEMA REPORTADO FUERA DE OPERACION (SI/SERVICIO)

FALLA	DAÑO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION	CANTIDAD	ID. REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
			Filtro externo lateral	2		Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0l - 4m)	FILTROS (0l - 4m)	BASE (0l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0l - 4m)	MANIJA (0l - 4m)	RUEDAS (0l-4m)	OBSERVACIONES
	24726.5	96.3	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genera Alarma	No	X	Si		Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	

5. DAÑOS IDENTIFICADOS	

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si	Con Sobrecalentamiento	no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnostico identificado	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	SWUIS DE ENCENDIDO	1		TARJETA PRICIPAL	1
	FILTRO DE AIRE INTERNO	1		TAMIZES	2
	ALARMA SONORA	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujometro)	Se verifica activacion de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta linea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0- 7 PSI)	OXIGENO (50% - 99%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (0-4m)	Pila (0-4m)	"Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (0l - 4m)	FILTROS (0l - 4m)	BASE (0l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (0l - 4m)	MANIJA (0l - 4m)	RUEDAS (0l-4m)	OBSERVACIONES
	00006.1	96,3	Si	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado.

FIRMA MANTENIMIENTO