



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC/MA-FR-033
Versión: 2 Fecha Actualización: 15/10/2019
Página 1 de 3

Fecha Recepción: 15-07-23 Remisión #: 110719 Auxiliar Mantenedor: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo
Codigo Equipo: NN-3930 Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 18-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, BARRIO, CLASE BARRIO, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI, REPORTE, REPUERTO CAMBIADO. Rows include: Acople rosca a tubo humid (1), Filtro externo central (1), Protector display (1).

OTRAS FALLAS ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 9105, 6.7, 931, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, mto.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows include: Estado Pila S.O. V (ok), Prueba de Fugas (Si), Conexión eléctrica (Si), Conexión electrónica (Si), Prueba de alarma (Si).

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Rows include: Kit manguera a tanques (2), Kit manguera a tanque oxigeno (1), Protector display (1).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Rows include: Flujos = 0 (Es), Flujos Máximo (Si), Desconexión eléctrica (Si), Desconexión tarjeta de flujo (Si), Activación de válvula de alivio (Si).

En Mantenimiento: HORÓMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 9104, 6.4, 958, Si, Si, Si, Es, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Si, Aprobado.

Handwritten signature and date: 15/07/23