



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Código: SAC-MAN-FR-028
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/03/09
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 15-07-23 Revisión #: 190719 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Código Equipo: NN4213B Fecha Inicio: 15-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 18-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

FAVLA	CANT	DESCRIPCION	CANTIDAD	AL REPORTE	REPUERTO CAMBIADO
				SI	No
		Filtro externo lateral	1	SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No
				SI	No

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	BASE (01-02)	ANILLO (03-04)				RUEDA (05-06)					
					(01-02)	(03-04)	(05-06)	(07-08)							(09-10)				
	2378165958	31	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO	Tiempo de la prueba				Generó Alarma		No	X	SI	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Buena	X	Mala				
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buena	X	Mala				Buena	X	Mala					
3. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento			no							

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
Descripción del diagnóstico identificado			

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	PILA	1		TARJETA FIJO	1
	MANGERA TAMIZES	2		SUAVIS DE ENCENDIDO	1
	MANGERA TANQUE OXIGENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (SL - LD - ED)	ES
2	Flujo Medio	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y SL-LD-ED)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tapado de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Cerrar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	BASE (01-02)	ANILLO (03-04)				RUEDA (05-06)					
					(01-02)	(03-04)	(05-06)	(07-08)							(09-10)				
	23783	62	96	21	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO
Aprobado
[Firma]