

Fecha Remisión: **20-06-223** Remisión #: **108781** Auxiliar Mantenimiento: **Juan Diego Benjumea** No. Orden:

Código Equipo: **7FSAB202002000119** Fecha Inicio Labor: **20-06-23** Hora Inicio Labor: Fecha Fin: **18-07-23**

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO	
FALLA	TUBO	PLASMA	DAÑO	CAMBIO	AL	IMPACTO	REPLAZO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a P"				01-01	01-02	01-03		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				01-01	01-02	01-03		
	1061867	93.2	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Generó Alarma		No	X									
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Vales	4. SISTEMA DE REFRIGERACION			Bueno	X	Mala	
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	Pureza bajo a 86.6%														
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Subcalentamiento		NO						

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Bombas	2			
	Pila	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga = 0 (Carte Flujo)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Fuga Máxima	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED amarillo y LL-GO-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión separa de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de sonda de nivel	Observar manguera de salida de aire de condensar	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	CORRIENTE	FLUJIMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	MASC	CÓDIGO DE BARRAS			RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a P"				01-01	01-02	01-03		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				01-01	01-02	01-03		
	1062167	95.0	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO															