



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
GACIMAN-FR-008  
Versión 2  
Fecha Actualización: 17/10/2019  
Página 1 de 2

Fecha Recepción: 17-07-23, Revisión: 190719, Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea, No. Orden: [ ]

Identificación del Equipo: Código Equipo: NH2548B, Fecha Inicio: 17-07-23, Hora Inicio Labor: [ ], Fecha Fin: 18-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI [ ], NO [ ], Fecha inicio aislamiento: [ ], Fecha fin aislamiento: [ ]

Table with columns: FALLA, CAUSA, USUARIO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTA, REPARO CAMBIADO. Row 1: Filtro externo lateral.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '96393466', 'Baja pureza sobre 87%', 'Buena', 'Si', 'no'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Rows for: Estado Pila S.S.V., Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Conexión electrónica, Prueba de alarma.

Table with columns: Descripción del diagnóstico identificado, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Row: FIAA, 2.

Table with columns: No., Prueba / Descripción, Descripción, Resultado. Rows for: Fuga a 0 (Cierre hidráulico), Flujo Máximo, Descarga eléctrica, Descarga línea eléctrica, Activación de válvula de alivio.

Table with columns: En Mantenimiento, HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data like '964339' and 'Aprobado'.