



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 1  
Codigo: GAD-AMM-F-001  
Versión: 2  
Fecha Actualización: 17/03/2019  
Página 1 de 2

Fecha Remate: 19-07-23 Remate #: 111024 Auditor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO  
Codigo Equipo: NN-4833B Fecha Inicio: 19-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 21-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Main maintenance table with columns: En Mantenimiento, HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'mto' in observations.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists various tests like 'Estado Pila 5.2. V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists 'MANGERA TANQUE OXIGENO' and 'MANGERA TANQUES'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga + 0 (Cierre Submatr)', 'Fuga Manera', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión brida de flujo', 'Ajustado de velador de aforo'.

Summary table with columns: HOROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.

SISTEMA REPARTIDO DISTRIBUIDOR DE SERVICIO

En Mantenimiento

En Mantenimiento

En Mantenimiento