



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO: OJADMNFR-03
Versión: 2
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página: 1 de 2

Fecha Remisión: 19-07-23 Remisión #: 191024 Asesor Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-893B Fecha Inicio: 19-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 21-07-23

Equipo contaminado por posible plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLA, DAÑO, CLASE DAÑO, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, SI REPORTA, REPUERTO CAMBIADO. Includes a section for 'DETALLES ADICIONALES DAÑO POR PACIENTE'.

AREA DE MANTENIMIENTO

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 16348, 6.4, 95.9, and 'mto'.

1. CICLADO: Tiempo de la prueba, Demora Alarma, No, X, Si, Cuel?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si, No, X, 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenos, X, Malo, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno, X, Malo

4. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno, 5. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno, Si, Con Subcoolamiento: no

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Estado Pto 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma' with results 'OK', 'SI', 'SI'.

Descripción del diagnóstico identificado:

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Lists items like 'Cable de poder', 'Kit manguera a frances', 'Kit manguera tanque oxigeno', 'Filtro interno'.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Lists tests like 'Fuga O (Cierre fugativo)', 'Fuga Maeno', 'Descarga eléctrica', 'Descarga lenta de flujo', 'Activación de válvula de alías'.

Table with columns: HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FULJOMETRO, PRUEBAS DE ALARMA, REJILLAS, FILTROS, BASE, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten values like 16359, 6.1, 93.5 and 'Aprobado'.

MANTENIMIENTO OPERADOR DE SERVICIO

En Mantenimiento

En Mantenimiento

Aprobado
[Signature]