

<b>OxiPro</b>		<b>ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES</b>				FORMATO GAO-MAN-FR-009 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/10/2016 Página 1 de 2		
Fecha Ramón	21/07/23	Remisión #	191024	Auxiliar Mantenimiento	Juan Diego Benjumea		No. Orden	
IDENTIFICACION DEL EQUIPO								
Código Equipo	NU-2381B	Fecha Inicio	19-07-23	Hora Inicio Labor		Fecha Fin	21-07-23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO		FECHA FIN AISLAMIENTO		
FALLA	TIPO	CLASE DAÑO	DESCRIPCION			CANTIDAD	EL REPORTE	REPUESTO CAMBIADO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
							SI	NO
REPARACIONES ADICIONALES DADO POR PAQUETE								

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION			SEALIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS			
					DESCRIPCION (SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Fuga a 0"				SI (SI-NO)	BARIA (SI-NO)		SI (SI-NO)		
20263	64	877	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mto	
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genero Alarma		SI	NO	X	SI	Cual?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo		
5. DAÑOS IDENTIFICADOS		Compresores con buena presion y anillos en buen estado.														
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobremantenimiento		NO						

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANT
	Filtro Interno	1			
	ramices	2			
	maniguera tanque de O2	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo/min)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L2 - E5)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo y (L1-L2-E5)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activador de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	ORIGEN	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA										RUELAS	OBSERVACIONES
					DESCRIPCION			SEALIAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUELAS			
					DESCRIPCION (SI-NO)	PIA (SI-NO)	"Fuga a 0"				SI (SI-NO)	BARIA (SI-NO)		SI (SI-NO)		
20263	955	6.1	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO																