



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: SAC-MAN-FR-003
Version: 2
Fecha Actualizacion: 17/11/2018
Página: 1 de 2

Fecha Revisión: 24-07-23 Ramación #: 197249 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Codigo Equipo: MT-42798 Fecha Inicio: 24-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 24-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
PLAGA	CLASE DAÑO				
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO
					SI NO

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BAJE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión (L-AL)	Pila (L-PI)	"Flujo a 0" (L-F)	BARRA (B-AL)				BARRA (B-AL)			
													(L-AL)		
18208	6.5	94.7	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	mtb
1. CICLADO		Tiempo de la prueba		Genera Alarma		No	X	SI	Culpa?						
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Buena	X	Mala	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES		Bueno				7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO			

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	PROTECTOR DISPLAY	1			
	MANGERA TAMIZES	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L-L - L0 - E0)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L-L-E0))	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA				REJILLAS	FILTROS	BAJE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"	BARRA (B-AL)				BARRA (B-AL)			
													(L-AL)		
18211	6.194	SI	SI	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	APROBADO
FIRMA MANTENIMIENTO														<i>[Signature]</i>	