



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-MA-M-FR-008
Version: 2
Fecha Actualización: 11/10/2019
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 24-07-23
Revisión #: 191249
Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea
No. Orden:

Código Equipo: NN-2325 B
Fecha Inicio: 24-07-23
Hora Inicio Labor:
Fecha Fin: 24-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA		SI	NO	FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO
FAUNA	INSECTICIDAS				

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES			
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI				SI	SI		SI	SI	SI	SI
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)											
	1350766	956	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mto		
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma			No	X	SI	Cuel?								
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION		Bueno	X	Malo					
5. DAÑOS IDENTIFICADOS																			
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES																			
Bueno					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena	SI	Con Sobrecalentamiento		NO								

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila S.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	SI
6	Otros:		SI
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TRAPULOTIFENO	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierra Regulador)	Se verifica activación de alarmas (L1-L2-E1)	ES
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (SRD Rojo o LED amarillo y L1-L2-E1)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Adición de válvula de aire	Chequear manguera de salida de aire de compresión	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HIDROMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA					REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES		
					Desconexión		Pila	"Flujo a 0"	SI				SI	SI		SI	SI	SI
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)										
	1351464	93,5	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Aprobado	
FIRMA MANTENIMIENTO																		