



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
Codigo: GAD-MAN-PRO-08  
Versión: 2 Fecha Actualización: 11/03/2019  
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 24-07-23 Revisión: 191249 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo: Código Equipo: NN-191CB Fecha Inicio: 24-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 25-07-23

Equipo Contaminado por posible Plaga: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FALLAS, DAÑO, PLASEBAND, DESCRIPCION, CANTIDAD, DE REPORTE, REPUTADO DAÑADO. Rows contain 'SI' and 'NO' entries.

INDICADORES AUXILIARES DADOS POR FUENTE

Main maintenance form with sections: 1. DICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DATOS IDENTIFICADORES, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes a table for 'PRUEBAS DE ALARMA' with columns for various sensors and their status.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Contains test results for voltage, leaks, electrical connections, and alarm.

Descripción del diagnóstico identificado

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCION, CANT. Entry: Kit mangueras a tanque oxígeno, 1, pila, 1.

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Contains simulation tests for alarm activation, flow meter, electrical disconnection, and valve operation.

Final maintenance form with sections: 1. DICLADO, 2. RUIDO EXTRAÑO, 3. ESTADO DE MANGUERAS, 4. SISTEMA DE REFRIGERACION, 5. DATOS IDENTIFICADORES, 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES, 7. CONTROL DE TEMPERATURA. Includes a table for 'PRUEBAS DE ALARMA' and a signature area.