



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
Codigo: OAD-444-FR-009
Versión: 2 Fecha Actualización: 17/10/2018
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 25-07-23 Revisión #: 491249 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Berjumen No. Orden:

Identificación del equipo: Código Equipo: NN-4832 B Fecha Inicio: 25-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 26-07-23

Table with columns: EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA (SI/NO), FECHA INICIO AISLAMIENTO, FECHA FIN AISLAMIENTO. Includes a grid for 'TALLER' and 'MANTENIMIENTO' with 'SI' and 'NO' columns.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (Desconexión, Pila, "Flujo a 0"), SEÑALAS (SEÑALAS, FILTROS, BARRAS), CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1866864953, 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, mto.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests: Estado Pila 5.5 V, Prueba de Fugas, Conexión eléctrica, Prueba de alarma. Results: ok, S, S, S.

Descripción del registro identificado:

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT, CÓDIGO, DESCRIPCIÓN, CANT. Includes items: TAMIZES (2), MANGERA TANQUE OXIGENO (1), RESPIRADOR DE PRECION (1), SWIS DE ENCENDIDO (1), MANGERA TAMIZES (2).

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests: Flujo = 0 (Cierra Regulador), Flujo Máximo, Desconexión eléctrica, Conexión tarjeta de Flujo, Activación de válvula de alivio. Results: ES, Si, Si, Si, Si.

Table with columns: En Mantenimiento (HORÓMETRO, PRESIÓN, OXÍGENO, FLUJÓMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, SEÑALAS, FILTROS, BARRAS, CÓDIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data: 1867061961, 5, 5, 5, ES, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Aprobado, [Signature].