ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO	
Código	GAD-MAN-FR-009
Versión: 3	Fecha Actualización: 17/03/2019
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 25-07-23 | Remisión #: 19246 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Código Equipo: NN 2214 B | Fecha Inicio: 25-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 26-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | | **FECHA FIN AISLAMIENTO** |

REPORTADO OPERADOR DE SERVICIO

FECHA	HORA	TEMPERATURA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	N° REMPUESTO	REPUESTO CAMBIADO			
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	12496.6	0	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

1. CICLADO	Tiempo de la prueba		Genero Alarma	No	X	Si		Cual?	
2. RUIDO EXTRAÑO	Si		No	X	3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno	X	Malas	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	X	Malo	
5. DAÑOS IDENTIFICADOS	CABLE DE PODER								
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno		7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si		Con Sobrecalentamiento	No	

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 6.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	CABLE DE PODER	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LL - LO - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LO-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (0 - 7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: Pila (5l-Min)	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0" (LO-ES)	REJILLAS (5l - Min)	FILTROS (5l - Min)	BASE (5l - Min)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - MIN)	CÓDIGO DE BARRAS: MANILA (5l - MIN)	RUEDAS (5l-Min)	OBSERVACIONES
	12496	0	93.0	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: X