ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

OXIPro

FORMATO	
Codigo:	GAD-MAN-FR-026
Versión: 2	Fecha Actualización: 17/10/2016
Página 1 de 2	

Fecha Remisión: 27/07/23 | Remisión #: 491541 | Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea | No. Orden:

IDENTIFICACION DEL EQUIPO

Codigo Equipo: NN386513 | Fecha Inicio: 27-07-23 | Hora Inicio Labor: | Fecha Fin: 27-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI [ ] NO [ ] | **FECHA INICIO AISLAMIENTO** | **FECHA FIN AISLAMIENTO**

SUSTITUIDO REMITIDO DEVUELTO DE ENTRADA

FALTA	SOBRA	CLASE BASE	DESCRIPCION	CANTIDAD	EN REPORTE	REPUESTO CAMBIADO			
			Acople roxa a tubo humidi			Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	
						Si		No	

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-LD)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	2024	6-7	94-3	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	mto

1. CICLADO | Tiempo de la prueba | Generó Alarma: No [X] Si [ ] Cual?

2. RUIDO EXTRAÑO: Si [ ] No [X] | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Buenas [X] Malas [ ] | 4. SISTEMA DE REFRIGERACION: Bueno [X] Malo [ ]

5. DAÑOS IDENTIFICADOS

6. ESTADO DE LAS CONEXIONES: Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Buena: Si | Con Sobrecalentamiento: no

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 5.5. V	Verifica voltaje de la pila	Si
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	Si
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	Si
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripcion del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	MANGERA TAMIZES	2			
	MANGERA TRANSPARENTE	1			

No.	Prueba / Simulación	Descripcion	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre flujómetro)	Se verifica activación de alarmas (LI - LD - ES)	ES
2	Flujo Maximo	Se verifica activacion de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LI-LD-ES)	Si
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	Si
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	Si
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	Si
6	Otros:		
6	Otros:		
6	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (Hrs)	PRESIÓN (6 - 7 PSI)	OXIGENO (93% - 95%)	FLUJOMETRO (5l-4m)	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión (5l-4m)	Pila (5l-4m)	"Flujo a 0" (LI-LD)	REJILLAS (5l - 4m)	FILTROS (5l - 4m)	BASE (5l - 4m)	CÓDIGO DE BARRAS: BASE (5l - 4m)	MANIJA (5l - 4m)	RUEDAS (5l-4m)	OBSERVACIONES
	10736	6,5	95,4	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO