



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO  
SUD-846/PK-008  
Versión 3 Fecha Actualización: 17/02/2018  
Página 1 de 2

Fecha Revisión: 28-07-23 Revisión #: 191611 Auxiliar Mantenimiento: Juan Diego Benjumea No. Orden:

Identificación del Equipo  
Codigo Equipo: MM-2691B Fecha Inicio: 28-07-23 Hora Inicio Labor: Fecha Fin: 28-07-23

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE FLAJA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO FECHA FIN AISLAMIENTO

Table with columns: FLAJA, CLASIFICACION, DESCRIPCION, CANTIDAD, SI REPORTE, REPUESTO, DABIMANT. Handwritten entry: Acepte roxa a tubo humidificador 1

DETALLES ADICIONALES DADO POR PRECISE

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA (DESCRIPCION, Pila, Flujo a S), REGULAS, FILTROS, SABS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'mto'.

Table with columns: No., Prueba, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Estado Pila 5.5 V', 'Prueba de Fugas', 'Conexión eléctrica', 'Prueba de alarma'.

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT, CODIGO, DESCRIPCION, CANT. Includes handwritten entries: MANGERA TANQUE OXIGENO 1, MANGERA TAMIRES 2

Table with columns: No., Prueba / Simulación, Descripción, Resultado. Includes tests like 'Flujo = 0 (Cierre Flujo)', 'Flujo Maximo', 'Desconexión eléctrica', 'Desconexión tarjeta de flujo', 'Activación de válvula de alivio'.

Table with columns: En Mantenimiento (HIDROMETRO, PRESION, OXIGENO, FLUJOMETRO), PRUEBAS DE ALARMA, REGULAS, FILTROS, SABS, CODIGO DE BARRAS, RUEDAS, OBSERVACIONES. Includes handwritten data and 'Aprobado' signature.