OXIPro

ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	21-0723	Remisión #	191791	Auxiliar Mantenimiento	Ian Diego Benjumea	No. Orden
Código Equipo	NN- 2450 J3	Fecha Inicio	31-07-23	Fecha Fin	31-07-23	
EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA	SI		NO		FECHA INICIO AISLAMIENTO	FECHA FIN AISLAMIENTO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	OXIGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flo	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	14416	6.6	93.2	Si	Si	Si	ES	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Mto

3. ESTADO DE MANGUERAS	Bueno: X	Malo	4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Bueno: X	Malo
6. ESTADO DE LAS CONEXIONES	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Bueno: Si		10

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	[illegible]	Verificar voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fugas	[illegible]	Si
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	Si
4	[illegible]	Se verifican las conexiones [illegible] del equipo	Si
5	Prueba de alarma	[illegible]	Si
6	Otros		
7	Otros		

Descripción del diagnóstico identificado:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	[illegible]	[illegible]	Es
2	[illegible]	[illegible]	Si
3	[illegible]	[illegible]	Si
4	[illegible]	[illegible]	Es
5	[illegible]	[illegible]	Si
6	Otros		S
7	Otros		
8	Otros		

En Mantenimiento	HORÓMETRO (hrs)	PRESIÓN (4-7 PSI)	OXIGENO (90% - 95%)	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión	PRUEBAS DE ALARMA: Flo	PRUEBAS DE ALARMA: "Flujo a 0"	REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS	RUEDAS	OBSERVACIONES
	14422	6,5	91,5	Si	Si	Si	Es	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Aprobado

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]