



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMULARIO
ORDEN DE MANTENIMIENTO
Versión 3
Fecha Actualización: 11/02/2019
Página 1 de 3

Fecha Remisión: 31-07-23
Remisión # 191791
Audiencia Mantenimiento Juan Diego Benjumea
No Orden

Equip. Equipo: 755AB20200202020119
Fecha Inicio Hora Inicio: 31-07-23
Hora Fin: 31-07-23
Fecha Fin Abastecimiento: 31-07-23

Equipo Contaminado por posible Placa	SI	NO	Fecha Inicio	Hora Inicio	Fecha Fin	Hora Fin	Fecha Fin Abastecimiento	SI	NO

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de Alarma	Rejillas	Filtros	Base	Código de Barras	Ruedas	Observaciones
10661	67	945	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	Mfo

1. CICLADO	Si	No	3. ESTADO DE MANGUERAS	Buenas	No	Si	4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Si	5. DAÑOS IDENTIFICADOS	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	Si
------------	----	----	------------------------	--------	----	----	-----------------------------	-------	----	------------------------	-------	---------------------------	-------	----

No.	Prueba	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila S.S.V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Pruebas de Fugas	Se verifica conexión manual del equipo	SI
3	Conector electrica	Se verifican las conexiones electricas del equipo	SI
4	Conector electronica	Se verifican las conexiones electronicas del equipo	SI
5	Pruebas de alarma	Se verifica sonido si el equipo o fuera	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT

No.	Pruebas / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga = 0 (Cerra fugamos)	Se verifica estacion de alarma (L1, L0, ES)	ES
2	Fuga Mayor	Se verifica estacion de alarma Visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (L1, L0, ES)	SI
3	Descarador electrica	Adiciona alarma sonora	SI
4	Descarador jarilla de flujo	Descarador base electrica	SI
5	Activador de vehiculo de alijo	Cambia manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Pruebas de Alarma	Rejillas	Filtros	Base	Código de Barras	Ruedas	Prima Mantenimiento	Observaciones
10661	65	958	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		Mfo Aprobado

Mfo Aprobado
[Signature]