



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMA 15  
Codigo: ODC-001-13-20  
Fecha: 11/02/2018  
Pagina de 2

Fecha Remisión: 31-07-23  
Remision a: 191791  
Auntes Mantenimiento: Juan Diego Benjumea  
No. Orden: 31-07-23

Equipo Contaminado por posible Placa: MW-48 36B  
Fecha Inicio Labor: 31-07-23  
Hora Inicio Labor: 1  
Fecha Fin: 31-07-23

VALOR	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD		FECHA INICIO ASLAMIENTO		FECHA FIN ASLAMIENTO	
			SI	NO	LABOR	LABOR		
		Filtro lateral						
		Filtro central						

DETALLES ADICIONALES DEL EQUIPO:   
 2

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS		FILTROS		BASE		CODIGO DE BARRAS		RUEDAS		OBSERVACIONES	
HOROMETRO	PRESION	OXIGENO	FLUJOMETRO	Descripcion	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba	Prueba
278686.5	95.9	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	5.1	Info

1. DATOS IDENTIFICADOS		1. ESTADO DE LAS CONEXIONES		2. CONTROL DE TEMPERATURA		3. ESTADO DE MANDOS		4. SISTEMA DE REFRIGERACION	
SI	NO	Buenas	Malas	Buenas	Malas	Bueno	Malo	Bueno	Malo

No.	Pruebas	Descripcion	Resultado
1	Estado Pila 4.5 V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo a fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.
	REMACHE de aluminio	1			
	MANGA de TUBOS	2			
	MANGA de TUBOS	1			

No.	Pruebas / Simulacion	Descripcion	Resultado
1	Fuga = 0 (Carga Equivoca)	Se verifica activación de alarma (LL-10-ES)	SI
2	Fuga Llamero	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-04-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconexión línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Operar mangara de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento																			
HORÓMETRO		PRESIÓN		OXIGENO		FLUJOMETRO		REJILLAS		FILTROS		BASE		CODIGO DE BARRAS		RUEDAS		PRUEBAS DE ALARMA	
de 1 a 2	de 3 a 4	de 5 a 6	de 7 a 8	de 9 a 10	de 11 a 12	de 13 a 14	de 15 a 16	de 17 a 18	de 19 a 20	de 21 a 22	de 23 a 24	de 25 a 26	de 27 a 28	de 29 a 30	de 31 a 32	de 33 a 34	de 35 a 36	de 37 a 38	de 39 a 40
SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

OBSERVACIONES:   
 Aprobado   
 [Signature]