# ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

| Fecha Remisión | Remisión # | Auxiliar Mantenimiento | No. Orden |
|---|---|---|---|
| 31-07-23 | 111791 | Juan Diego Benjumea | |

| Código Equipo | Fecha Inicio | Hora Inicio Labor | Fecha Fin |
|---|---|---|---|
| NN-329B | 31-07-23 | | 31-07-23 |

| EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA | SI | | NO | | FECHA INICIO AISLAMIENTO | | FECHA FIN AISLAMIENTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Flujo | "Flujo ≥ 2" | HUMEDAD | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23758 | 95,4 | 6,1 | Si | Si | Si | Es | Si | Si | Si | Si | Si | Si | mto |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. CICLADO | Tiempo de la prueba | | Genera Alarma: No X / Si |
| 2. RUIDO EXTRAÑO | Si / No X | 3. ESTADO DE MANGUERAS: Bueno X / Malo | 4. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: Bueno X / Malo |
| 5. DAÑOS IDENTIFICADOS | | | |
| 6. ESTADO DE LAS CONEXIONES | Bueno | 7. CONTROL DE TEMPERATURA: Bueno Si | [illegible]: no |

| No. | Prueba | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Estado Pila [illegible] | Verificar voltaje de la pila | ok |
| 2 | Prueba de Fugas | Se verifica conexión neumática del equipo | Si |
| 3 | Conexión eléctrica | Se verifican las conexiones eléctricas del equipo | Si |
| 4 | Conexión electrónica | Se verifican las conexiones electrónicas del equipo | Si |
| 5 | Prueba de alarma | Se verifica sonido si es agudo o fuerte | Si |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |

Descripcion del diagnostico identificado:

| CODIGO | DESCRIPCION | CANT | CODIGO | DESCRIPCION | CANT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Kit mangueras a tanque oxígeno 1 | | | | |

| No. | Prueba / Simulación | Descripción | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Flujo < [illegible] | Se verifica activación de alarmas [illegible] | Es |
| 2 | Flujo Máximo | Se verifica activación de alarma [illegible] | Si |
| 3 | Desconexión eléctrica | Activación alarma sonora | Si |
| 4 | Desconexión [illegible] de flujo | Desconexión línea eléctrica | Si |
| 5 | Activación de válvula de alivio | Obstruir manguera de salida de aire de compresor | Si |
| 6 | Otros | | |
| 7 | Otros | | |
| 8 | Otros | | |

| En Mantenimiento | HORÓMETRO | PRESIÓN | OXIGENO | FLUJOMETRO | PRUEBAS DE ALARMA: Desconexión | Flujo | "Flujo ≥ 2" | HUMEDAD | FILTROS | BASE | CÓDIGO DE BARRAS | | RUEDAS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 23760 | 6,1 | 95,3 | Si | Si | Si | 6 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Aprobado |

FIRMA MANTENIMIENTO: [signature]