



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

Fecha Remisión	Remisión #	Autor M	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Fin Asl

Equipo Contaminado por Posible Pluma	Al	No	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fecha Fin Asl

Código Equipo	NM-2554 B	Fecha Inicio	31-07-73
---------------	-----------	--------------	----------

1. CICLADO	2. RUIDO EXTRAÑO	3. ESTADO DE MANUERIAS	4. SUSTENIA DE REFRIGERACION	Buena	Mala

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEIDAS
Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Si	No	Si	No	Si	No
23447	6,2	95,7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEIDAS
Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Si	No	Si	No	Si	No
23447	6,2	95,7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEIDAS
Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Si	No	Si	No	Si	No
23447	6,2	95,7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

8. DAÑOS IDENTIFICADOS	Bueno	7. CONTROL DE TEMPERATURA	Buena	SI	Con Subordinamiento	No
------------------------	-------	---------------------------	-------	----	---------------------	----

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila D.S. V	Verifica voltaje de la pila	OK
2	Prueba de Fuga	Se verifica conexión neumática del equipo	SI
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
4	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	SI
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido al ser agudo o fuerte	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Kit Manguera para oxígeno a tubo refrigeración	1		Filtro interno	1

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Fuga o (Cierre Subyunto)	Se verifica conexión de alarmas (LL - LI - ES)	ES
2	Fuga Lluvia	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y (LL-LI-ES)	SI
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	SI
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	SI
5	Activación de válvula de alivio	Operar manguera de salida de aire de compresor	SI
6	Otros:		
7	Otros:		

En Mantenimiento		PRUEBAS DE ALARMA		REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEIDAS
Horómetro	Presión	Oxígeno	Flujómetro	Si	No	Si	No	Si	No
23447	6,2	95,7	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Observaciones: Aprobado