

Fecha Recepción: **08-06-2023** Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento _____ No. Orden _____

Código Equipo: **2580** Fecha Inicio _____ Hora Inicio Labor _____ Fecha Fin _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO _____ FECHA FIN AISLAMIENTO _____

FALLA	TIPO	CLASE DE DAÑO	REPORTE	REPARADO

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DUREZA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES	
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				NABE	MINERA			
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)			
	3008	8.5	94.9	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI			
1. CICLADO		Tiempo de la prueba			Genera Alarma		No						Cuel?		
2. RUIDO EXTRAÑO		SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas							4. SISTEMA DE REFRIGERACION	Bueno	Malo
5. DAÑOS IDENTIFICADOS															
6. ESTADO DE LAS CONDICIONES					7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena					Con Sobrecalentamiento			

Nº	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otros:		
7	Otros:		

Descripción del diagnóstico identificado _____

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	CONDICIÓN	DESCRIPCIÓN	CANT

Nº	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo a 0 (Clase Flujo a 0)	Se verifica activación de alarmas (L1 - L3 - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED rojo o LED amarillo) (L1-L3-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tarjeta de flujo	Desconecta línea eléctrica	
5	Activación de válvula de aire	Obstruir manguera de salida de aire de compresor	
6	Otros:		
7	Otros:		
8	Otros:		

En Mantenimiento	HORÓMETRO	PRESIÓN	DUREZA	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA			REJILLAS	FILTROS	BARRAS	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión	Pila	"Flujo a 0"				NABE	MINERA		
					(SI/NO)	(SI/NO)	(SI/NO)				(SI/NO)	(SI/NO)		
	3008	8.1	95.8	SI	SI	ES	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
FIRMA MANTENIMIENTO _____														