



ORDEN DE MANTENIMIENTO CONCENTRADORES

FORMATO
 GAD-MAN-FR-005
 Versión: 2 Fecha Actualización: 11/02/2019
 Página 1 de 2

Fecha Revisión: 16/06/23 Remisión # _____ Auxiliar Mantenimiento: **J. Andres Agudelo P.** No. Orden: _____

IDENTIFICACION DEL EQUIPO
 Código Equipo: **NN-3653B** Fecha Inicio: **16/06/23** Hora Inicio Labor: _____ Fecha Fin: _____

EQUIPO CONTAMINADO POR POSIBLE PLAGA: SI NO FECHA INICIO AISLAMIENTO: _____ FECHA FIN AISLAMIENTO: _____

FALLA	DANO	CLASE DANO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SI REPARA	REPUERTO	CAMBIO

DETALLES ADICIONALES DADOS POR PACIENTE

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE	BARRAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							
	33387	63	843	SI	SI	S	EG	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI		
1. CICLADO	Tiempo de la prueba		General Alarma		No	SI											
2. RUIDO EXTRAÑO	SI	NO	3. ESTADO DE MANGUERAS		Buenas												
3. DAÑOS IDENTIFICADOS	Alarma Amarilla,																
4. ESTADO DE LAS CONEXIONES			7. CONTROL DE TEMPERATURA		Buena												

No.	Prueba	Descripción	Resultado
1	Estado Pila 5.5 V	Verifica voltaje de la pila	
2	Prueba de Fugas	Se verifica conexión neumática del equipo	
3	Conexión eléctrica	Se verifican las conexiones eléctricas del equipo	
4	Conexión electrónica	Se verifican las conexiones electrónicas del equipo	
5	Prueba de alarma	Se verifica sonido si es agudo o fuerte	
6	Otro:		
7	Otro:		

Descripción del diagnóstico identificado

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	CODIGO	DESCRIPCION	CANT
	Anillos Filtro Interno.	2			

No.	Prueba / Simulación	Descripción	Resultado
1	Flujo = 0 (Cierre Flujo)	Se verifica activación de alarma (SL - LD - ES)	
2	Flujo Máximo	Se verifica activación de alarma visual y sonora (LED Rojo o LED amarillo y SL-LD-ES)	
3	Desconexión eléctrica	Activación alarma sonora	
4	Desconexión tablero de flujo	Desconexión línea electrónica	
5	Activación de válvula de alivio	Obstruir manguera de salida de aire de condensar	
6	Otro:		
7	Otro:		
8	Otro:		

En Mantenimiento	HOROMETRO	PRESION	CARGENO	FLUJOMETRO	PRUEBAS DE ALARMA						REJILLAS	FILTROS	BASE	CÓDIGO DE BARRAS		RUEDAS	OBSERVACIONES
					Desconexión		Pila		"Flujo a 0"					BASE	BARRAS		
					(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)	(SI-NO)							

FIRMA MANTENIMIENTO